

▼ Questo medicamento è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove conoscenze in materia di sicurezza. Può contribuire segnalando gli effetti collaterali. Per istruzioni sulle modalità di notifica degli effetti collaterali si veda al termine del capitolo «Quali effetti collaterali può avere Sondelbay?».

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sondelbay®

Che cos'è Sondelbay e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Sondelbay una classe di medicamenti che ricostituiscono le ossa. Il principio attivo teriparatide è un ormone che agisce sul metabolismo osseo. È ottenuto in cellule batteriche mediante ingegneria genetica. La parte attiva del principio attivo è identica al paratormone naturale.

Sondelbay viene utilizzato per il trattamento dell'osteoporosi. L'osteoporosi (osteotrofia) è una malattia che rende le ossa più deboli e fragili. La malattia si manifesta con particolare frequenza nelle donne dopo la menopausa, ma può interessare anche gli uomini. Sebbene inizialmente possano non manifestarsi sintomi, un'osteoporosi non trattata rende più probabile le fratture ossee, in particolare della colonna vertebrale, delle anche e del polso. Ulteriori conseguenze possono essere dolori alla schiena, l'abbassamento della statura e un incurvamento della schiena.

Sondelbay promuove l'osteogenesi e rafforza le ossa, riducendo così il rischio di fratture ossee.

Sondelbay viene utilizzato per le donne dopo la menopausa e per gli uomini con osteoporosi o a grande rischio di fratture ossee.

L'osteoporosi si manifesta spesso anche in pazienti che hanno ricevuto corticosteroidi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Da esami condotti su ratti nel corso dello sviluppo e dei test sul medicamento, è emerso che alcuni animali che avevano ricevuto teriparatide (= principio attivo di Sondelbay) per tutta la vita sviluppavano il cancro alle ossa (osteosarcoma). L'osteosarcoma è un tumore grave, ma molto raro nell'uomo (ca. 4/1.000.000 all'anno). L'importanza di questi risultati per l'uomo sono sconosciuti; non si sono osservati osteosarcomi né negli studi clinici né durante il monitoraggio successivo a un trattamento.

Quando non si può usare Sondelbay?

Sondelbay non deve essere impiegato,

•



se soffre di determinate malattie delle ossa. Se soffre di una malattia delle ossa, informi il suo medico.

- se soffre della malattia di Paget. se ha un alto livello non chiarito di fosfatasi alcaline nel sangue, indicante che potrebbe avere la malattia di Paget. Se ha dubbi consulti il suo medico.
- se ha ricevuto una terapia radiante che ha interessato anche le ossa (scheletro).
- se ha una quantità eccessiva di calcio nel sangue (ipercalcemia).
- se le sono stati diagnosticati un cancro alle ossa o altri tipi di cancro che si sono diffusi nelle ossa (metastasi).
- se ha una grave patologia renale.
- in bambini e adolescenti sotto i 18 anni di età.
- in giovani adulti che si trovano ancora nella fase di crescita.
- in caso di gravidanza o allattamento.

in caso di ipersensibilità (allergia) al principio attivo di Sodelbay (teriparatide) o a uno degli altri componenti. se ha difficoltà a praticarsi personalmente un'iniezione e non c'è nessuno che possa aiutarla.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Sodelbay?

Sodelbay può portare a un aumento della quantità di calcio nel sangue o nelle urine.

Si rivolga al suo medico o farmacista prima o durante l'uso di Sodelbay:

- se soffre di nausea perdurante, vomito, stipsi, astenia o debolezza muscolare. Questi possono essere segni di elevati livelli di calcio nel sangue.
- se soffre o ha sofferto in passato di calcoli renali.
- se è nota la presenza di una patologia renale (limitazione di media gravità della funzione renale).

La durata consigliata della terapia, pari a 24 mesi, non dovrebbe essere superata.

Informi il suo medico o il farmacista se sta assumendo o ha assunto da poco altri medicinali, perché potrebbero verificarsi interazioni.

Alcuni pazienti possono lamentare capogiri dopo un'iniezione di Sodelbay. Se dovesse avere dei capogiri, non deve guidare o azionare macchinari finché non si sentirà meglio. Sodelbay non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti (sotto i 18 anni di età).

Sodelbay non deve essere utilizzato in giovani adulti che si trovano ancora nella fase di crescita.

Informi il suo medico o il farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente «senza sodio».

Si può usare Sodelbay durante la gravidanza o l'allattamento?

Non usi Sodelbay se è in stato di gravidanza o se sta allattando.

Come usare Sodelbay?



Utilizzi Sondelbay seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Per qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.

La somministrazione di Sondelbay richiede una penna. La penna può essere utilizzata esclusivamente per il suo trattamento e mai per il trattamento di altri pazienti. Non utilizzi neanche la penna di un'altra persona per evitare l'eventuale trasmissione di malattie da un paziente all'altro. Il medico, il farmacista o il personale infermieristico le spiegheranno esattamente come utilizzare la penna Sondelbay. Per sua informazione personale in merito all'uso della penna Sondelbay, prima di iniziare il trattamento dovrebbe anche leggere attentamente il manuale di istruzioni. Nel caso in cui siano disponibili nuove informazioni, legga le istruzioni per l'uso e l'informazione destinata ai pazienti ogni volta che riceve una confezione nuova. La dose consueta di Sondelbay è di 20 µg al giorno. Sondelbay viene iniettato per via sottocutanea (sotto la cute) nella coscia o nell'addome. Sondelbay può essere utilizzato ad ogni ora del giorno e indipendentemente dai pasti.

La durata massima del trattamento è di 24 mesi. Il trattamento con Sondelbay della durata di 24 mesi non deve essere ripetuto.

Durante il trattamento con Sondelbay si consiglia di assumere calcio o/i preparati con vitamina D. Chieda al suo medico quanto calcio e vitamina D deve assumere giornalmente.

Per ricordarsi di assumere Sondelbay, è consigliabile iniettarlo ogni giorno alla stessa ora.

Se ha dimenticato o era impossibilitato a somministrare Sondelbay all'orario abituale, provveda a effettuare l'iniezione il più presto possibile lo stesso giorno. Non si somministri più di un'iniezione al giorno.

Se si è iniettato per errore una quantità di Sondelbay maggiore di quella prevista, si metta in contatto con il suo medico o il farmacista.

Non interrompa l'uso di Sondelbay senza averne prima parlato con il medico.

Come indicato nel manuale di istruzioni, dovrebbe iniettarsi Sondelbay subito dopo aver preso la penna preriempita dal frigorifero. Riponga nuovamente la penna nel frigorifero direttamente dopo l'uso. Per ogni iniezione utilizzi sempre un ago nuovo. Non riponga la penna con l'ago applicato per evitare la fuoriuscita dalla penna della soluzione e la formazione di bolle d'aria nella cartuccia. Sondelbay contiene una soluzione sterile, incolore e limpida. Non utilizzi Sondelbay se contiene particelle solide o se la soluzione appare torbida o colorata.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Sondelbay?

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Dolori articolari.

Dolori in sede di somministrazione.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Aumento del tasso di colesterolo.

Depressione.

Dolori nervosi alle gambe (sciatica).

Vertigini, insonnia, svenimento, cefalea.



Sensazione di vertigine rotatoria.
Dolori toracici.
Palpitazioni cardiache.
Pressione arteriosa alta o bassa.
Rinite, tosse aumentata, faringite, dispnea, polmonite.
Nausea, stipsi, diarrea, disturbi digestivi, vomito, disturbi gastrointestinali, disturbi dentali.
Eruzione cutanea, sudorazione.
Crampi alle gambe, crampi dorsali.
Sensazione di debolezza, dolori cervicali, reazioni lievi e transitorie in sede di iniezione con dolore, gonfiore, arrossamento della cute, ematomi locali, prurito e lievi sanguinamenti in sede di iniezione.
Aumento dei livelli di acido urico.
Emoglobina bassa o numero ridotto di globuli rossi (anemia).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Aumento del livello di calcio nel sangue (> 11 mg/dl).
Tachicardia.
Mormorii modificati del cuore.
Mancanza di respiro.
Emorroidi.
Incontinenza urinaria, urgenza a urinare, calcoli renali.
Aumento di peso.
Dolori muscolari, dolori articolari, spasmi muscolari.
Aumento di un enzima chiamato fosfatasi alcalina.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Diminuzione della funzionalità renale inclusa insufficienza renale.
Aumento del tasso di calcio nel sangue (> 13 mg/dl).
Reazioni allergiche poco dopo l'iniezione con sintomi come dispnea, gonfiore al viso, eruzione cutanea, dolori toracici e forte malessere.
Queste reazioni allergiche, inclusa anafilassi, possono essere pericolose per la vita. Se si verificano questi effetti collaterali, contatti tempestivamente il suo medico.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Forti crampi dorsali.
Se dovesse avere dei capogiri dopo un'iniezione, si sieda o si sdrai finché non si sentirà meglio. Se non subentra alcun miglioramento, parli con il medico prima di continuare il trattamento.
Contatti il suo medico se soffre persistentemente di nausea, vomito, stipsi, astenia o debolezza muscolare. Questi sintomi possono essere l'indicazione di una quantità eccessiva di calcio nel sangue.
Durante il trattamento, il suo medico può prelevare campioni del sangue o delle urine per controllare la sua risposta a Sondelbay. Inoltre il suo medico potrà chiederle di effettuare ripetutamente esami della sua densità minerale ossea. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista soprattutto se si



tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la prima iniezione, la penna preriempita può essere utilizzata per un massimo di 28 giorni se conservata a una temperatura compresa fra 2° e 8°C.

La penna preriempita di Sondelbay può essere conservata a temperatura ambiente (non superiore a 25 °C) per un massimo di 3 giorni se non è disponibile la refrigerazione. Deve quindi essere rimesso in frigorifero e utilizzato entro 28 giorni dalla prima iniezione.

Dopo 28 giorni la penna preriempita deve essere smaltita correttamente, anche se contiene ancora soluzione.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare in frigorifero (2-8°C). Non congelare Sondelbay. Non mettere la penna preriempita vicino allo scomparto del ghiaccio del frigorifero per evitare il congelamento. Non utilizzare il medicamento se è o è stato congelato. Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

La penna preriempita deve essere rimessa in frigorifero subito dopo l'uso. Sostituire il cappuccio protettivo quando non si utilizza la penna preriempita per proteggere la cartuccia da danni fisici e dalla luce.

Non conservare la penna preriempita con l'ago inserito.

Sondelbay contiene una soluzione limpida e incolore. Sondelbay non deve essere utilizzato se si sono formate particelle o se la soluzione appare torbida o colorata.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sondelbay?

Soluzione iniettabile in penna preriempita per uso sottocutaneo. Soluzione incolore, limpida.



Principi attivi

Il Sondelbay contiene il principio attivo teriparatide.

Ciascun millilitro di soluzione iniettabile contiene 250 microgrammi di teriparatide.

Sostanze ausiliarie

Acido acetico glaciale (E260), Sodio acetato (E262), Mannitolo (E241), Metacresolo, Acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH, E507), Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH, E524) e Acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

68534 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Sondelbay? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Sono disponibili confezioni con 1 penna preriempita.


Titolare dell'omologazione

Accord Healthcare AG, 4103 Bottmingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Istruzioni per l'uso

Componenti della penna preriempita Sondelbay*



Aghi non inclusi*



Controlli la finestra del contatore di dosi per verificare il numero di dosi rimanenti. La freccia ◀ è indirizzata verso il numero di dosi rimanenti. Una nuova penna preriempita contiene 28 dosi.




I puntini neri che appaiono nella finestra del contatore di dosi si riferiscono ai numeri dispari corrispondenti alle dosi restanti nella penna preriempita.

Non utilizzi la penna preriempita se il contatore di dosi mostra «00» poiché ciò significa che non vi sono dosi rimanenti.

Non è necessario spurgare la penna preriempita Sondelbay.

Protezione esterna dell'ago

Ago*




* Si possono usare aghi per penna preriempita (31G o 32G; 4 mm, 5 mm o 8 mm).


Chieda al medico o al farmacista quale calibro e quale lunghezza dell'ago siano i più adatti per lei.

Usi un nuovo ago ad ogni iniezione.

1 Preparazione



- Si lavi **sempre** le mani prima di ogni iniezione.
- **Controlli** l'etichetta della penna preriempita per accertarsi di utilizzare il medicinale corretto.
- **Verifichi** la data di scadenza per accertarsi che non sia stata superata.
- **Controlli** la finestra del contatore di dosi per accertarsi che ci siano dosi rimanenti all'interno della penna preriempita. Una nuova penna preriempita contiene 28 dosi.



Tolga il cappuccio protettivo.

- **Verifichi** che la penna preriempita e la cartuccia con il medicinale non siano danneggiate.
- **Verifichi** che il medicinale sia limpido, incolore e libero da particelle.




Prepari la sede di iniezione (coscia o addome) seguendo le istruzioni del medico, del farmacista o del personale medico.

2 Inserire l'ago




Tolga la linguetta di carta.

Inserisca l'ago in **posizione dritta** sulla cartuccia con il medicinale




Avviti l'ago fino a quando non risulti **ben stretto**.



Tolga la protezione esterna dell'ago e **la conservi**. Le servirà per rimuovere l'ago dopo l'uso.

3 Impostare la dose




Verifichi che nella finestra di impostazione della dose compaia un simbolo a forma di cerchio vuoto .




Giri la manopola di impostazione della dose in senso orario con un movimento deciso. Vedrà delle frecce all'interno della finestra di impostazione della dose.



Continui a girare fino in fondo e **non rilasci il quadrante di impostazione della dose** fino a quando non sente un click e vede un **simbolo a forma di cerchio riempito**  nella finestra di impostazione della dose. Un rilascio anticipato o un'incompleta rotazione possono avere un impatto sul contatore della dose e comportare la disponibilità di un numero inferiore di dosi dalla penna preimpostata.




Lasci andare la manopola di impostazione della dose. Il cerchio riempito con una lineetta sopra  comparirà nella finestra di impostazione della dose. Ciò indica che la dose è stata impostata.




Tolga la protezione interna dell'ago e **la getti via**.

4 Iniettare la dose





Stringa delicatamente una porzione di cute della coscia o dell'addome ed inserisca l'ago in maniera perpendicolare nella cute, verificando che la **finestra di impostazione delle dose sia visibile**.




Mantenendo l'ago nella cute, **faccia scorrere** il pulsante di iniezione fino a quando non si ferma. Questo darà inizio all'iniezione.



Mantenendo l'ago nella cute, attenda fino a quando non vedrà apparire un simbolo a forma di cerchio vuoto  nella finestra di impostazione della dose. Ora **conti fino a 5 lentamente**, quindi estraiga l'ago dalla cute.

5 Confermare la dose




Dopo aver completato l'iniezione ed estratto l'ago dalla cute, **si accerti** che il simbolo a forma di cerchio vuoto  sia visibile nella finestra di impostazione della dose.


Se il simbolo a forma di cerchio vuoto non compare nella finestra di impostazione della dose:

- **Non si faccia una seconda iniezione nello stesso giorno.**
- Imposti nuovamente la penna preimpostata. Veda Risoluzione dei problemi - Problema D.


6 Rimuovere l'ago




Ponga sull'ago la protezione esterna dell'ago come mostrato sopra, quindi **prema** per fissarlo in posizione. Per prevenire ferite provocate da aghi, **non** tenti di inserire nuovamente la protezione interna dell'ago e non tocchi l'ago.



Sviti l'ago dalla penna preimpostata facendo compiere alla protezione esterna dell'ago almeno 5 giri completi in senso antiorario.



Tolga l'ago e lo getti via seguendo le istruzioni del medico, del farmacista o del personale medico.



Ricollochi saldamente il cappuccio protettivo sulla penna preimpostata. Riponga la penna preimpostata in **frigorifero** immediatamente dopo l'uso.

Risoluzione dei problemi

	Problema	Soluzione
A.	Nella mia penna SondiBay sono visibili delle bolle	Una piccola bolla d'aria non modificherà la dose, né sarà pericolosa. Può continuare a prendere la dose come al solito.



	d'aria	
B.	Non riesco a impostare la dose	1. Controlli la finestra del contatore di dosi per accertarsi che nella penna preriempita Sondelbay sia rimasta almeno una dose. Se visualizza «00» nella finestra del contatore di dosi, significa che la penna preriempita Sondelbay non contiene alcuna dose rimanente. La cartuccia potrebbe ancora contenere del medicinale, ma non potrà essere penna. Utilizzi una nuova penna preriempita Sondelbay per iniettare la dose successiva. 2. Se la vostra penna preriempita Sondelbay contiene almeno una dose rimanente ma lei non riesce ad impostarla, si accerti di girare la manopola di impostazione della dose in senso orario fino a quando non sente uno scatto e visualizza un simbolo a forma di cerchio riempito  nella finestra di impostazione della dose. Non lasci andare la manopola di impostazione della dose fino a quando non avrà sentito lo scatto e visualizzato il simbolo a forma di cerchio riempito; in caso contrario questa scatterà tornando nella posizione originale. Dopo aver sentito lo scatto, lasci andare la manopola di impostazione della dose. Vedrà un simbolo a forma di cerchio riempito con una lineetta sopra  nella finestra di impostazione della dose.
C.	Vedo una goccia di medicinale sulla punta dell'ago quando rimuovo la protezione interna dell'ago per effettuare l'iniezione	Una piccola goccia di medicinale sulla punta dell'ago non modificherà la dose. Continui a prendere la dose come indicato nel Passaggio 4 delle Istruzioni per l'uso.
D.	Il simbolo a forma di cerchio vuoto  non è apparso nella finestra di impostazione della dose, neanche dopo aver premuto il pulsante di iniezione fino in fondo e aspettato. Cosa devo fare?	Deve azzerare la penna preriempita Sondelbay seguendo i passaggi sottostanti: 1. Se ha già fatto l'iniezione, NON ripeta l'iniezione una seconda volta nello stesso giorno. 2. Rimuova l'ago usato reinserendo attentamente la protezione esterna sull'ago. Non tocchi l'ago. Non tenti di inserire nuovamente la protezione interna dell'ago. Sviti l'ago e lo getti via seguendo le istruzioni del medico, del farmacista o del personale medico. 3. Inserisca un nuovo ago, tolga la protezione esterna dell'ago e la conservi. 4. Indirizzi la protezione interna dell'ago verso un contenitore vuoto. 5. Tolga la protezione interna dell'ago. Faccia attenzione poiché potrebbe fuoriuscire del medicinale. Potrebbe già essere fuoriuscito del medicinale all'interno della protezione interna dell'ago. Getti via la protezione interna dell'ago. 6. Ora dovrebbe vedere il simbolo a forma di cerchio vuoto  i nella finestra di impostazione della dose. Se non è visibile, contatti il medico, il farmacista, o il personale medico. 7. Ponga sull'ago la protezione esterna dell'ago. Non tocchi l'ago. Non tenti di reinserire la protezione interna dell'ago. Sviti l'ago e lo getti via seguendo le istruzioni del medico, del farmacista, o del personale medico. 8. Ricollochi il cappuccio sulla penna preriempita Sondelbay e riponga a penna preriempita Sondelbay in frigorifero. 9. Si lavi le mani. Può ovviare a questo problema usando sempre un NUOVO ago ad ogni iniezione e facendo scorrere il pulsante di iniezione fino a quando non si ferma. Aspetti di visualizzare il simbolo a forma di cerchio vuoto , quindi conti fino a 5 lentamente prima di estrarre l'ago dalla cute.
E.	Come posso valutare se la mia	La penna preriempita Sondelbay è progettata per iniettare la dose intera ogni volta che viene usata secondo le Istruzioni per l'uso. Il simbolo a forma



	penna prerimpita Sondelbay funziona?	di cerchio vuoto  viene visualizzato nella finestra di impostazione della dose una volta completata l'iniezione per indicare che è stata iniettata la dose intera del medicinale. La finestra del contatore di dosi mostra il numero di dosi rimanenti all'interno della penna prerimpita. Il numero diminuirà di 1 unità ogni volta che si esegue un'iniezione. Questo indica anche che la penna prerimpita funziona. Utilizzi un nuovo ago per ogni iniezione per assicurarsi che il vostra penna prerimpita Sondelbay funzioni appropriatamente.
F.	Non riesco a togliere l'ago dalla mia penna prerimpita Sondelbay	1. Ponga sull'ago la protezione esterna dell'ago come mostrato nel passaggio 6. 2. Sviti l'ago spingendolo sulla penna e ruotando contemporaneamente in senso antiorario diverse volte. 3. Tolga l'ago e lo getti via seguendo le istruzioni del medico, del farmacista o del personale medico. 4. Se non riesce ancora a togliere l'ago, chiedi a qualcuno di aiutarla.

Pulizia e conservazione

Pulizia della penna prerimpita Sondelbay:

- Pulisca l'esterno della penna prerimpita Sondelbay con un panno umido.
- Non metta la penna prerimpita Sondelbay nell'acqua, né la pulisca con alcun liquido.

Conservazione della penna prerimpita Sondelbay:

- Seguire le istruzioni in queste informazione destinata ai pazienti in «Di che altro occorre tener conto?».

Smaltimento della penna prerimpita Sondelbay e degli aghi

Smaltimento della penna prerimpita Sondelbay

- Getti via la penna prerimpita Sondelbay 28 giorni dopo la prima iniezione, anche se non è completamente vuota.
- Prima dello smaltimento della penna prerimpita Sondelbay, si assicuri di avere tolto l'ago dalla penna prerimpita.
- Chieda al medico o al farmacista come smaltire la penna prerimpita Sondelbay.

Smaltimento degli aghi

- Metta gli aghi usati in un contenitore richiudibile apposito per rifiuti taglienti o di plastica dura con un coperchio sicuro.
- Non getti gli aghi direttamente nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Chieda al medico o al farmacista come smaltire il contenitore per rifiuti taglienti in modo appropriato.

Altre informazioni

- Legga e segua le indicazioni riportate nel foglio illustrativo prima di utilizzare il prodotto.
- Si sconsiglia l'utilizzo della penna prerimpita Sondelbay da parte di non vedenti e ipovedenti senza l'assistenza di una persona addestrata nell'uso appropriato del dispositivo.
- Non trasferisca il medicinale in una siringa.
- Contatti il medico o il farmacista se nota quanto di seguito riportato:
 - La penna prerimpita Sondelbay appare danneggiato
 - Il medicinale NON appare limpido, incolore e libero da particelle
- La penna prerimpita Sondelbay contiene 28 giorni di medicinale.
- Annoti la data della prima iniezione sulla scatola esterna della penna prerimpita Sondelbay (veda lo spazio fornito: «Datum der ersten Benutzung/Date de 1^{ère} utilisation»). Getti la penna prerimpita Sondelbay 28 giorni dopo la prima iniezione.



